



Hospital
Infantil
Dr. Jeser Amarante Faria



ERRATA AO EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 015/2021

O Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, neste ato representado pela Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças, inscrito no CNPJ nº 76.562.198/003-20, representado por sua Diretora Geral, no uso de suas atribuições legais, torna público este Aditivo ao Edital de Cotação Prévia de Preços nº 015/2021, **torna público a RETIFICAÇÃO da especificação técnica do Objeto do presente Edital: Arco Cirúrgico Digital com Plat Panel**, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:

2.1. Arco com braço em forma de “C” montado em base móvel, **com movimentos multidirecionais, movimento orbital e lateral motorizado;**

LEIA-SE:

2.1. Arco com braço em forma de “C” montado em base móvel;

ONDE SE LÊ:

5. Tecnologia de Detector plano de no mínimo 30 cm x 30 cm com 3 campos de visualização e **motorizados**, por serem mais avançados, possuem detectores digitais; Função de radiografia digital, Fluoroscopia contínua e Fluoroscopia pulsada;

LEIA-SE:

5. Tecnologia de Detector plano de no mínimo 30 cm x 30 cm com 3 campos de visualização, por serem mais avançados, possuem detectores digitais; Função de radiografia digital, Fluoroscopia contínua e Fluoroscopia pulsada;

Portanto, **EXCLUI-SE** da especificação técnica do objeto a **motorização**.

Joinville, 25 de novembro de 2021.

Ir. Ivete Negreli
Diretora Geral

Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças