



Hospital
Infantil
Dr. Jeser Amarante Faria



ERRATA AO EDITAL DE COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS 013/2021

O Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, neste ato representado pela Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças, inscrito no CNPJ nº 76.562.198/003-20, representado por sua Diretora Geral, no uso de suas atribuições legais, torna público este Aditivo ao Edital de Cotação Prévia de Preços nº 011/2021, **torna público a RETIFICAÇÃO da especificação técnica do Objeto do presente Edital: ARCO CIRÚRGICO DIGITAL COM FLAT PLANO**, nos seguintes termos:

Anexo II – Especificação Técnica

ONDE SE LÊ:

“4. Suporte móvel para monitores de TV, unidade de memória/processamento e sistema de impressão de imagens; 02(dois) Monitores de no mínimo 19 polegadas, Monitores TFT ou com tecnologia LCD deverão ser de alta resolução **touchscreen**, alto-contraste, sendo um colorido com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels. Ou podendo até ser aceito Dimensão mínima para monitor único de 32”para visualização da equipe médica e de **15” para visualização da equipe técnica**, desde que a tecnologia seja equivalente à de 2 monitores solicitado acima, em alta definição, mantendo-se dois monitores, ou seja, podendo um monitor à esquerda ser utilizado para o congelamento da imagem, enquanto o monitor à direita apresenta a imagem instantânea gerada durante o procedimento,”

LEIA-SE:

“4. Suporte móvel para monitores de TV, unidade de memória/processamento e sistema de impressão de imagens; 02(dois) Monitores de no mínimo 19 polegadas, Monitores TFT ou com tecnologia LCD deverão ser de alta resolução, alto-contraste, sendo um colorido com resolução mínima de 1280 x 1024 pixels. Ou podendo até ser aceito Dimensão mínima para monitor único de 32”para visualização da equipe médica e de **10” para visualização da equipe técnica**, desde que a tecnologia seja equivalente à de 2 monitores solicitado acima, em alta definição, mantendo-se dois monitores, ou seja, podendo um monitor à esquerda ser utilizado para o congelamento da imagem, enquanto o monitor à direita apresenta a imagem instantânea gerada durante o procedimento,”

Portanto, **EXCLUI-SE** da especificação do objeto a **tecnologia TOUCHSCREEN** e **ALTERA-SE** a **dimensão mínima do monitor da equipe técnica para 10”**.

Joinville, 29 de outubro de 2021.

Ir. Ivete Negreli
Diretora Geral

Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria
Organização Social Hospital Nossa Senhora das Graças