



**Hospital
Infantil**
Dr. Jeser Amarante Faria



ERRATA I

PROPOSTA

COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS Nº 006/2024

O Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, neste ato representado pela Organização Social Nossa Senhora das Graças, inscrito no CNPJ nº 76.562.198/003-20, torna público o presente **ADITAMENTO** às Propostas Cotação Prévia de Preços nº 006/2024, para o fim de **RETIFICAR o Anexo II, com a especificação técnica quanto ao equipamento Ultrassom Estacionário**, considerar a descrição conforme segue:

Anexo II

DESCRIÇÕES DO OBJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

OBJETO: ULTRASSON ESTACIONÁRIO

1. Generalidades: Equipamento de ultrassom para radiologia, obstetrícia e vascular (não portátil), transportável montado sobre rodízios e sistema de freios; Sistema digital (mínimo 36.000 canais) com software completo, para uso geral adulto, pediátrico e neonatal em medicina interna, cardiologia, ginecologia, obstetrícia, cardiologia fetal, Biometria Fetal, Idade Fetal, Índice de Flúido Amniótico, ecocardiografia, musculoesquelético vias urinárias, pélvico, aplicações vasculares abdominais e periféricas, cerebrovasculares e periféricos, abdominal, ecocardiografia transesofágica (TEE), e pequenas partes e urologia; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea de no mínimo 04 portas ativas para os transdutores; Função cine para revisão de imagens 2D, análises espectrais e traçados de modo M; Monitor LCD ou LED de alta resolução de no mínimo 21"; Faixa dinâmica de no mínimo 210Db; frame rate com quadros por segundo de excelente qualidade de imagem
2. Especificações técnicas mínimas:
 - 2.1. Modos de Imagem:
 - 2.1.1. B, Dual (B/B), M, M Anatômico, Doppler colorido, espectral e contínuo, Power Doppler, Color Compare (modo dual com Color + 2D ou Power + 2D lado a lado)
 - 2.2. Recursos avançados:
 - 2.2.1. Imagem Harmônica de tecidos;
 - 2.2.2. Imagem Panorâmica;
 - 2.2.3. Cálculo automático de Doppler;
 - 2.2.4. Modo triplex (color, espectro e 2D simultâneos);
 - 2.2.5. Doppler tecidual;
 - 2.2.6. Imagem trapezoidal no transdutor linear;
 - 2.2.7. Zoom em tempo real;
 - 2.2.8. Possuir medidas e cálculos completos para Obstetrícia, Ginecologia, Biometria Fetal e Eco Fetal;
 - 2.2.9. Deve possibilitar (software e hardware) a inclusão futura do transdutor 3D transesofágico para utilização da especialidade de cardiologia já habilitado no equipamento para futura aquisição da Sonda;
 - 2.2.10. Pacote de Software para Eco-stress
 - 2.2.11. Pacote de Software
 - 2.2.12. Deve permitir medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias e em outros vasos superficiais;

- 2.2.13. Recurso para análise e quantificação da deformação das paredes;
- 2.2.14. Deve possuir protocolo para estudo de ressinchronização cardíaca;
- 2.2.15. Deve permitir a quantificação de imagem bidimensional (estudo de íntima, strain, detecção de bordas);
- 2.2.16. Deve possuir tecnologia de segunda harmônica tecidual, com pulso invertido;
- 2.2.17. Pacote de software Speckle Tracking;
- 2.3. Registro:
 - 2.3.1. Sistema de registro digital de imagens em disco rígido, com possibilidade de medição, Conexão USB para gravação em Pen-drive;
 - 2.3.2. Deve permitir salvar no mínimo nos formatos jpeg, mpeg, avi, em CDR e DVDR.
 - 2.3.3. Capacidade de no mínimo 160 GB de HD e armazenamento de no mínimo 350.000 imagens em HD.
- 2.4. Conectividade:
 - 2.4.1. Sistema de comunicação Dicom 3.0 habilitados pronto para o uso;
 - 2.4.2. Deve possuir conexões USB;
 - 2.4.3. Saídas auxiliares de áudio;
 - 2.4.4. Saída auxiliar de vídeo em DVI ou HDMI;
- 2.5. Ergonomia: Monitor articulável em angulação, rotação e inclinação do monitor;
- Painel de controle com teclado alfanumérico e manuseio do cursor por track ball ou similar;
- 2.6. Deve possibilitar atalhos de comandos através de tela de interface humana sensível ao toque;
- 2.7. Transdutores: Todos os transdutores deverão ser eletrônicos do tipo banda larga (seleção automática de frequências), (Frequência aproximada de + ou - (Considerar variação de frequência 01 MHz para cima e para baixo));
 - 2.7.1. Um (01) transdutor linear (frequência de 5,0 a 12 MHz \pm 1 MHz);
 - 2.7.2. Um (01) transdutor convexo (frequência de 2 a 5 MHz \pm 1 MHz);
 - 2.7.3. Um (01) Transdutor setorial pediátrico/adulto exames de ecografia (faixa aproximadamente de frequência de 2 e 5 Mhz \pm 1 MHz), com reconstrução de imagem 3D;
3. Acessórios
 - 3.1. Um (01) Vídeo printer (preto e branco);
 - 3.2. Um (01) No-break compatível com o equipamento;
 - 3.3. Um (01) Carro para suporte e acomodação com rodízios;
 - 3.4. Um (01) Gravador de CD-R/ DVD-R integrado ao sistema
 - 3.5. Um (01) cabos de ecg de três vias;
 - 3.6 Dois (02) rolos de papel para vídeo printer (preto e branco);
4. Alimentação
 - 4.1. Alimentação elétrica: 220V/60Hz.
5. Documentação/Treinamento:
 - 5.1.2 Garantia de 2 anos no mínimo;
 - 5.2 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais,
 - 5.3 O fornecedor deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários (em no mínimo duas aplicações) e de Serviço a equipe técnica, sem ônus para a administração;
6. Registro na Anvisa
7. Deverá acompanhar com a proposta, catálogo técnico do produto ofertado e está discriminado junto a proposta nº de registro da Anvisa; prazo de entrega; garantia e discriminar os acessórios solicitados, está incluso e discriminado na proposta o frete por conta do fornecedor.

Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria

Hospital Nossa Senhora das Graças - Unidade Joinville
Rua Araranguá, 554 - América - Joinville/SC - 89204-310
(47) 3145-1600 - hjaf@hjaf.org.br - www.hjaf.org.br

